



1. Вибропреобразователь крепить моментным ключом (размер под ключ 24мм) с моментом 2.5...2.7Н м.

2. Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается вибропреобразователь, должна быть выполнена с допуском плоскостности 0.05мм с шероховатостью $\sqrt{0.25/125}$.

Обозначение	Маркировка датчика	А,мм
АГТ-177	AP1048	19.5
-01	AP1049	24
-02	AP1050	24