



1. Вибропреобразователь крепить моментным ключом (размер под ключ 24мм) с моментом 1,9...2,1Н м.
 Допускается контровка клеем ВК-9 и склеивание по ОСТ В95 1653--75.

2. Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается вибропреобразователь, должна быть выполнена не хуже Ra 3,2, неплоскостность не более 0.05мм .

