



1. Вибропреобразователь AP2078 крепить моментным ключом (размер под ключ 14 мм) с моментом 1.5...2.5Н м.
 Допускается контрить клеем ВК-9 и склеивание по ОСТ В95 1653-75.

2. Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается вибропреобразователь AP2078, должна быть выполнена с допуском плоскостности 0.05мм, с шероховатостью Ra2,5.

Габаритный чертеж