



1. Размеры для справок.
2. Вибропреобразователь AP2081 крепить моментным ключом с моментом 1..1,5 Н·м, контировать клеем ЭЛ-20 по ОСТ В95 1654-75.
3. Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается вибропреобразователь AP2081, должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,05, с шероховатостью $\sqrt{Rz 20}$
 $Ra 1,25$.

				АГТ-Л166ГЧ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вибропреобразователь AP2081 Габаритный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Скобеева							5:1
Проб.	Краснощеков					Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.	Кирпичев							