



- 1.* Размер для справок.
2. Преобразователь виброскорости AV-04 крепить шпилькой АНО610 с моментом 2,5...2,7 Н·м, либо тремя винтами М4х14 с моментом 1,5...1,7 Н·м.
3. При испытаниях в лабораторных условиях допускается преобразователь виброскорости AV-04 крепить на объект испытаний поверхностью А с применением клея Циакрин-30 ТУ 6-09-30-76, склеивание по ОСТ В95 1660-75.
4. Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается преобразователь виброскорости AV-04, должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,05, с шероховатостью $\sqrt{Ra}1.25$.

				АГТ-1374ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Кутцев						5:1
Проб.	Редюшев						
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.	Краснощев				ООО "ГлобалТест"		
Утв.	Новоселов						

Справ. №
Перв. примен.

Инд. № подл.
Лист и дата
Изм. № докл.
Лист и дата
Взам инв. №
Инд. № подл.
Лист и дата