

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 78455-20

Срок действия утверждения типа до 29 июня 2030 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Вибропреобразователи AP2035T

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТест» (ООО «ГлобалТест»),
Нижегородская обл., г. Саров

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
А3009.0329.МП-2020

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 мая 2025 г. N 988.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 525EEF525B83502D7A69D9FC03064C2A
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 06.03.2024 до 30.05.2025

Е.Р.Лазаренко

«23» мая 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «20» мая 2025 г. № 988

Регистрационный № 78455-20

Лист № 1
Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Вибропреобразователи AP2035T

Назначение средства измерений

Вибропреобразователи AP2035T (далее – датчик) предназначены для измерений вибрационных ускорений.

Описание средства измерений

Принцип действия датчика основан на генерации электрического сигнала, пропорционального воздействующему ускорению.

В конструкции датчика использована механическая схема с пьезоэлементом, работающим на сдвиг, и встроенный унифицированный усилитель – преобразователь среднего квадратического значения (СКЗ) виброускорения в пропорциональный токовый сигнал 4...20 мА.

В зависимости от диапазонов измерений и конструктивных особенностей датчики выпускаются в нескольких модификациях. Каждая модификация может иметь несколько исполнений, отличающихся номинальным значением коэффициента преобразования, типом соединителя или способом крепления к объекту контроля. Материал корпуса – нержавеющая сталь или титановый сплав. Степень защиты датчика от внешних воздействий IP65.

Структура обозначений датчиков (символы «X» могут отсутствовать):

AP2035T-	XX-	XX
	индекс исполнения	
	значение коэффициента преобразования, мА/(м·с ⁻²) (до четырех символов)	


Конструктивные особенности датчиков приведены в таблице 1.

Нанесение знака поверки на датчики не предусмотрено. Маркировка датчиков, включая заводской номер, состоящий из арабских цифр, выполнена методом лазерной гравировки. Пломбирование датчиков не предусмотрено.

Внешний вид датчиков приведен на рисунке 1.

Таблица 1 – Конструктивные особенности датчиков

Тип исполнения	Конструктивные особенности		
	Способы крепления	Диапазон измерений	Коэффициент преобразования
AP2035T-0,5	Шпилька М6×12	0,1 ... 320 м/с ²	0,05 мА/(м·с ⁻²)
AP2035T-0,25		0,2 ... 640 м/с ²	0,025 мА/(м·с ⁻²)
AP2035T-0,5-01	Винт М6×50	0,1 ... 320 м/с ²	0,05 мА/(м·с ⁻²)
AP2035T-0,25-01		0,2 ... 640 м/с ²	0,025 мА/(м·с ⁻²)



а) AP2035T-XX

в) AP2035T-XX-01

Рисунок 1 – Внешний вид датчиков

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений СКЗ виброускорения, м/с^2 , не менее: - для AP2035T-0,5-XX - для AP2035T-0,25-XX	от 0,1 до 320 от 0,2 до 640
Номинальное значение коэффициента преобразования, $\text{мА}/(\text{м}\cdot\text{с}^{-2})$: - для AP2035T-0,5-XX - для AP2035T-0,25-XX	0,05 0,025
Отклонение действительного значения коэффициента преобразования от номинального значения, %, в пределах	± 10
Рабочий диапазон частот, Гц	от 1 до 8000
Неравномерность частотной характеристики относительно значения на базовой частоте 200 Гц, %, в пределах: - в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц включ. - в диапазоне частот от 1 до 8000 Гц	$\pm 4,0$ $\pm 12,5$
Относительный коэффициент поперечного преобразования, %, не более	5
Нелинейность амплитудной характеристики, %, в пределах	± 4
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении виброускорения, %: - в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц включ. - в диапазоне частот от 1 до 8000 Гц	± 7 ± 15
Коэффициент влияния температуры окружающего воздуха, $\text{%/}^\circ\text{C}$, в пределах	$\pm 0,2$
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, $^\circ\text{C}$ - относительная влажность воздуха, %	от 18 до 25 до 80

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Масса датчика без кабеля, г, не более	95
Габаритные размеры датчика (диаметр×высота), мм, не более:	30×50
Напряжение питания, В	от 9 до 25
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха при 35 °С, %	от -40 до +80 до 95
Гарантийный срок хранения с момента изготовления, месяцев	42
Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки заказчику, месяцев	36

Знак утверждения типа

наносится на заглавный лист паспорта АБКЖ.433642.025ПС и руководства по эксплуатации АБКЖ.433642.025РЭ типографским способом в левом верхнем углу.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность датчика

Наименование	Обозначение	Количество
Вибропреобразователь АР2035Т	АБКЖ.433642.025	1 шт.
Вибропреобразователь АР2035Т. Паспорт	АБКЖ.433642.025ПС	1 шт.
Крепежная шпилька М6×12 для АР2035Т-ХХ	АН0106	1 шт.
Крепежный винт М6×55 для АР2035Т-ХХ-01		1 шт.
Методика поверки		одно на партию
Вибропреобразователь АР2035Т. Руководство по эксплуатации	АБКЖ.433642 РЭ	
Дополнительные принадлежности		по требованию

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2018 г. № 2772 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений виброперемещения, виброскорости, виброускорения и углового ускорения»;

АБКЖ.433642.025 ТУ Вибропреобразователь АР2035Т. Технические условия.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТест» (ООО «ГлобалТест»)

ИНН 5254021532

Адрес: 607185, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Павлика Морозова, д. 6

Телефон: (83130) 67777

Факс (83130) 67778

E-mail: mail@globaltest.ru

Web-сайт: www.globaltest.ru

Испытательный центр

Федеральное Государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)

Адрес: 607188, Нижегородская обл., г. Саров, пр-кт Мира, д. 37

Телефон: (83130) 22224, 22253

Факс (83130) 22232

E-mail: shvn@olit.vniief.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311769.